

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### CZĘŚĆ CZWARTA (D)

Fantom do treningu resuscytacji niemowlęcia Little Baby QCPR lub inny o analogicznych parametrach

*(Fantom do treningu resuscytacji niemowlęcia inny niż wskazany winien spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie pożądanych parametrów)*

Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: **48 szt.**

Fantom do treningu resuscytacji niemowlęcia:

1. Model **Fantom Laerdal Little Baby QCPR** lub inny o analogicznych parametrach
2. Waga: **2,05 kg +/- 1 kg**
3. Fantom stanowi odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnego 3-miesięcznego niemowlęcia
4. Fantom umożliwia odchylenie głowy
5. Realistycznie poruszające się kończyny
6. Naturalna blokada dróg oddechowych
7. Wymienna część twarzowa
8. Wymienne drogi oddechowe
9. Klatka piersiowa unosząca się podczas sztucznego oddychania
10. Realistyczny opór klatki piersiowej przy ucisku
11. Realistyczne wskaźniki (żebra, mostek) umożliwiające zlokalizowanie miejsca prawidłowego przyłożenia dłoni do ucisku
12. Technologia QCPR (lub inna technologia) pozwalająca uzyskać natychmiastową informację zwrotną o jakości prowadzonego RKO
13. Torba w zestawie
14. Zaoferowany produkt musi być zgodny z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego
15. Dostawa:
  - a) do 16 miejsc na terenie Polski
  - b) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie

Szczegóły przekazane zostaną przez Zamawiającego wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_  
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**

\_\_\_\_\_