

## SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Zestaw Trauma Kit z defibrylatorem terapeutycznym i apteczką** lub inny wyposażony w sprzęt o analogicznych parametrach  
(Zestaw inny niż wskazany powinien spełniać poniższe wymagania lub mieścić się w zakresie pożądanych parametrów)

Zamawiana ilość wg. poniższej specyfikacji: **4 sztuki**

Zestaw:

1. **Defibrylator terapeutyczny Philips FRx** lub inny o analogicznych parametrach:
  - a) Waga urządzenia z baterią i elektrodami: **1,6 kg +/- 0,1 kg**
  - b) interaktywny panel graficzny: **tak**
  - c) metronom: **tak**
  - d) instrukcja prowadzenia RKO: **tak**
  - e) potwierdzone bezpieczeństwo defibrylacji na mokrych i metalowych powierzchniach: **tak**
  - f) odporność na upadki: **co najmniej 1,22 m**
  - g) odporność na nacisk: **co najmniej 500 kg**
  - h) poziom ochrony: **IP55**
  - i) sposób komunikowania statusu: **migająca zielona dioda**
  - j) uniwersalne elektrody dla dzieci i dorosłych: **tak**
  - k) okres przydatności elektrod: **minimum 24 miesiące**
  - l) sposób zasilania urządzenia: **bateria litowo-manganowa**
  - m) komunikacja z urządzeniem: **IRDA – port podczerwieni**
  - n) czas od zakończenia RKO do gotowości do wyładowania: **8 sekund**
  - o) zakres temperatury pracy: **co najmniej od -20 do 50 stopni**
  - p) w zestawie: **jedna para elektrod terapeutycznych, bateria litowo-manganowa**
2. Apteczka wyposażona w:
  - a) Rękawiczki jednorazowe nitrylowe „L” – **2 pary**
  - b) Opaska zaciskowa CAT - **1 szt.**,
  - c) Opaska elastyczna MATOPAT UNIVERSAL 12 cm x 5 m – **1 szt.**,
  - d) Marker permanentny – **1 szt.**
  - e) Gaza opatrunkowa 17-nitkowa 1m<sup>2</sup> - **1 szt.**
  - f) Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu Wojskowy – **1 szt.**
  - g) Gaza wypełniająca rolowana – **1 szt.**
  - h) Folia NRC (koc termiczny)- **1 szt.**
  - i) Nożyczki ratownicze metalowe 16,5cm – **1 szt.**
3. Walizka:
  - a) Wymiary walizki: **34 cm x 30 cm x 15,5 cm**
  - b) Pojemność walizki – **12L**
  - c) Materiał: **polipropylen (PP)**
  - d) Norma wodoszczelności walizki **IP67**
4. Dostawa:
  - a) do 1 miejsca na terenie Polski
  - b) pakowanie w sposób umożliwiający długotrwałe przechowywanie

Wszystkie niezbędne informacje zostaną przekazane wyłonionemu Wykonawcy po udzieleniu zamówienia.

**Podpisano przez:**

\_\_\_\_\_  
(wpisać imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)

**Podpis:**